

# 檢驗醫學部通知

檢字 114003

日期：2025 年 2 月 4 日

受文者：全體醫護人員

主旨：血液培養瓶外觀可接受之差異與說明

說明：


- 為確保有足夠的塑膠血液培養瓶供應滿足市場需求，血液培養瓶廠商接受 3 家塑膠瓶供應商生產製造。為了溯源塑膠瓶供應商的對應，每家供應商生產的塑膠瓶各自具其識別性差異，並確認不影響本身的品質及性能。
- 血液培養瓶外觀可接受三種差異：

## (1) 白色接縫線



塑膠瓶側面可見白色接縫線。此垂直線可能隱藏在瓶子標籤下方，或可能延伸瓶子的長度至標籤的上方和/或下方。

## (2) 瓶頸處有凹陷



塑膠瓶頸部有直徑小於或等於 10 毫米的凹陷情況。

## (3) 瓶中嵌入的黑色顆粒



瓶內嵌入的直徑小於或等於 2 毫米的深色顆粒。

- 相關問題，請聯絡檢驗醫學部龔芳彥總醫檢師，分機 5940。

檢驗醫學部主任 林正修